



Ochrona ludności i obrona cywilna

Burmistrz Ryk

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn:

„Zakup i dostawa sprzętu ochrony ratowniczej
w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 170.000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr OR.5555.5.2026

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793).

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

1. Aparat Ochrony Dróg oddechowych – komplet – 12 kompletów
2. Defibrylator AED w kapsule zewnętrznej – 5 kompletów
3. Ubrania typu NOMEX – 4 komplety
4. Nosze płachtowe i nosze podbierakowe – 8 kompletów łączonych
(8 szt. noszy podbierakowych + 8 szt. noszy płachtowych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 1 - Aparat Ochrony Dróg oddechowych – komplet – 12 kompletów

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- *Płyta noszowa i stelaż (Standard MSA M1):*
 - Konstrukcja płyty głównej umożliwiająca jednoręczną, 3-stopniową regulację wysokości za pomocą zintegrowanego mechanizmu zatraskowego.
 - Pasy ramienne i pas biodrowy montowane/demontowane bez użycia narzędzi. Pas biodrowy z mechanizmem przegubowym, podążający za ruchem bioder ratownika.
- *Układ pneumatyczny:*
 - Reduktor ciśnienia ze zintegrowanym złączem dla drugiego ratownika (linii ratunkowej). Przewody pneumatyczne poprowadzone bezpiecznie wewnątrz tuneli w strukturze stelaża.
- *Maska twarzowa i automat (Standard MSA):*
 - 1x Maska pełnotwarzowa nadciśnieniowa z panoramicznym wizjerem i systemem mocowania dwupunktowego do hełmów strażackich (zaczepty typu „gallet”).
 - 1x Automat oddechowy ze złączem szybkiego wpinania, aktywowany nadciśnieniowo przy pierwszym wdechu.



- *Butla powietrzna:*
 - 1x Butla stalowa o pojemności minimum 6 litrów i ciśnieniu roboczym 300 bar, wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości.
 - Zawór butlowy wyposażony w zintegrowany ogranicznik wypływu (EFV) oraz aktualny dozór UDT.
- *Wymagania ogólne:* Fabrycznie nowy nadciśnieniowy aparat powietrzny butlowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
- *Okres gwarancji:* Minimum 24 miesiące na cały zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 2 - Defibrylator AED w kapsule zewnętrznej – 5 kompletów

1. Specyfikacja techniczna Defibrylatora AED (5 sztuk)

- *Tryb pracy:* Automatyczny lub półautomatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) z polskim menu głosowym i wizualnym (wskaźniki diodowe lub ekran LCD prowadzący przez reanimację).
- *Wsparcie RKO:* Zintegrowany system informacji zwrotnej o jakości wykonywanych uciśnień klatki piersiowej (mierzący głębokość i częstotliwość masażu serca w czasie rzeczywistym).
- *Obsługa dzieci:* Dedykowany tryb pediatryczny aktywowany za pomocą jednego przycisku lub klucza pediatrycznego (bez konieczności wymiany elektrod na droższe elektrody dziecięce).
- *Odporność i szczelność:* Obudowa o stopniu ochrony minimum IP55 (odporność na pył i strugi wody) oraz odporność na upadki z wysokości min. 1 metra.
- *Zasilanie i gotowość:* Zasilanie bateryjne gwarantujące stan gotowości urządzenia w trybie czuwania przez minimum 4 lata. Automatyczne autotesty (dziennie/tygodniowe) sprawności aparatu z zewnętrznym wskaźnikiem statusu.
- *Elektrody:* Uniwersalne lub jednoczęściowe elektrody dla dorosłych o okresie ważności minimum 4 lata od daty dostawy.

2. Specyfikacja Kapsuły Zewnętrznej – Gabloty Całorocznej (5 sztuk)

- *Konstrukcja:* Obudowa wykonana z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia mechaniczne (klasa odporności mechanicznej minimum IK10).
- *Zabezpieczenie termiczne:* Zintegrowany moduł grzewczy sterowany elektronicznym termostatem, zapewniający utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz gabloty przy temperaturach zewnętrznych spadających do -20°C.
- *System alarmowy:* Akustyczny alarm dźwiękowy (min. 85 dB) oraz alarm optyczny (migające diody LED) uruchamiające się automatycznie w momencie otwarcia pokrywy gabloty.
- *Zasilanie gabloty:* Transformator sieciowy (230V/24V lub 12V) zapewniający bezpieczne napięcie wewnątrz kapsuły.



3. Wyposażenie dodatkowe każdego zestawu (5 kompletów)

- 1x Apteczka AED (zestaw ratowniczy: maska do CPR, nożyczki medyczne do rozcinania ubrań, golarka, rękawiczki nitrylowe, gaziki do dezynfekcji).
- 1x Tablica informacyjna ścienna z tworzywa sztucznego / dibondu z zielonym znakiem graficznym AED (zgodnym z wytycznymi ILCOR) formatu min. A4.

4. Wymagania dotyczące montażu i uruchomienia (usługa)

- *Montaż mechaniczny:* Przymocowanie gabloty zewnętrznej do ściany budynku lub dedykowanego postumentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Ryki przy użyciu kotew kotwiących.
- *Podłączenie elektryczne:* Doprowadzenie przewodu zasilającego z wnętrza budynku do gabloty, podłączenie układu grzewczego i układu alarmowego przez osobę z uprawnieniami SEP.
- *Uruchomienie:* Test sprawności systemu grzewczego, alarmu oraz umieszczenie defibrylatora w kapsule w stanie pełnej gotowości operacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 3 - Ubrania specjalne ochronne (trzechczęściowe) typu NOMEX – 4 komplety

Szczegółowa specyfikacja techniczna pojedynczego zestawu:

1. Certyfikacja i wymagania formalne:

- Ubranie musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
- Pełna zgodność z normami: EN 469 (ochrona przy pożarach strukturalnych) oraz EN 15614 (ochrona przy pożarach w terenie otwartym).

2. Konstrukcja modułowa (3 części):

Zestaw musi składać się z trzech niezależnych elementów, dostarczanych w jednym rozmiarze dopasowanym do sylwetki konkretnego ratownika (wymiały pobierane z natury po wygraniu oferty):

- Kurtka ciężka (ochrona strukturalna EN 469): Zakładana na kurtkę lekką lub stosowana zamiennie, zapewniająca barierę termiczną przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem.
- Kurtka lekka (ochrona techniczna i leśna EN 15614): Przeznaczona do działań ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów ekosystemów.
- Spodnie specjalne: Wspólne dla obu kurtek, zapewniające pełną ochronę nóg w standardzie EN 469.

3. Specyfikacja materiałowa i układ warstwowy:

- *Tkanina zewnętrzna:* Wykonana w 100% z trudnopalnych włókien aramidowych (kompozycja typu Nomex® / Kevlar®) o gramaturze min. 200 g/m², z wykończeniem fluorokarbonowym zapobiegającym wsiąkaniu wody i płynnych chemikaliów.



- *Membrana:* Paroprzepuszczalna bariera przeciwwilgociowa chroniąca przed wodą, krwią i patogenami, zapewniająca jednocześnie odprowadzanie potu na zewnątrz.
- *Bariera termiczna:* Warstwa wewnętrzna (filc aramidowy pikowany z podszewką poliestrowo-aramidową) izolująca ratownika od skrajnych temperatur.

4. Detale konstrukcyjne i ergonomia:

- *Wzmocnienia:* Kolana, łokcie oraz doły nogawek i mankietów obszyte tkaniną o skrajnej odporności na ścieranie i rozdarcia (100% Kevlar® lub powlekana powłoką silikonowo-węglową).
- *Bezpieczeństwo pasywne:* Trudnopalne, perforowane taśmy ostrzegawcze (odblaskowe i fluorescencyjne) w układzie zapewniającym widoczność ratownika z każdej strony (360 stopni).
- *Funkcjonalność:*
 - Kurtki wyposażone w dedykowane kieszenie na radiostację, latarkę kątową (z uchwytem pionowym na pasie piersiowym) oraz wewnętrzną kieszeń na dokumenty.
 - Główny zamek błyskawiczny z funkcją szybkiego rozpinania w sytuacji awaryjnej (tzw. zamek typu antypanik).
 - Spodnie wyposażone w regulowane, komfortowe i elastyczne szelki z systemem szybkiego wypinania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 4 - Nosze płachtowe i nosze podbierakowe – 8 kompletów łączonych (8 szt. noszy podbierakowych + 8 szt. noszy płachtowych)

Szczegółowa specyfikacja techniczna pojedynczego kompletu łączonego:

1. Część A: Nosze podbierakowe (ortopedyczne rozłączane) – 1 szt. w komplecie

- *Przeznaczenie:* Bezpieczna ewakuacja poszkodowanych z podejrzeniem urazów kręgosłupa i miednicy, umożliwiająca odebranie pacjenta bez konieczności jego obracania lub podnoszenia.
- *Konstrukcja:*
 - Wykonane z lekkiego, profilowanego aluminium o wysokiej wytrzymałości (lub kompozytu) odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
 - System centralnych, wzdłużnych zamków sprzęgających (klamry zatraskowe na obu końcach noszy) pozwalający na łatwe, szybkie i płynne rozpięcie noszy na dwie połowy.
- *Regulacja i ergonomia:*
 - Teleskopowa regulacja długości noszy (minimum 4-stopniowa) pozwalająca na dopasowanie gabarytów urządzenia do wzrostu poszkodowanego w zakresie od ok. 165 cm do min. 200 cm.
 - Konstrukcja o profilu wklęsłym, stabilizującym ciało pacjenta i ograniczającym ruchy boki podczas transportu.



Ochrona ludności i obrona cywilna

- Powierzchnia łatwa do mycia, dezynfekcji i dekontaminacji chemicznej, niepochlaniająca płynów ustrojowych.
- Parametry techniczne:
 - Nośność / maksymalne obciążenie robocze: minimum 155 kg.
 - Masa własna (bez pasów): maksymalnie 9,5 kg w celu zapewnienia mobilności ratownikom.
 - Przepuszczalność dla promieni X (radiotransparentność) przynajmniej w stopniu umożliwiającym podstawową diagnostykę.
- Wyposażenie bezpieczeństwa: Minimum 3 sztuki atestowanych pasów stabilizujących pacjenta, wyposażonych w klamry zatraskowe typu samochodowego (szybko wyczepne).

2. Część B: Nosze płachtowe (ratownicze wzmocnione) – 1 szt. w komplecie

- Przeznaczenie: Przenoszenie poszkodowanych w ciasnych przestrzeniach, trudnym terenie lub klatkach schodowych, gdzie użycie noszy sztywnych jest niemożliwe.
- Materiał i wykonanie:
 - Wykonane z dwuwarstwowego, bardzo trwałego tworzywa syntetycznego (poliester powlekany PVC lub brezent techniczny) o właściwościach trudnopalnych i całkowitej wodoodporności.
 - Struktura materiału odporna na rozdarcia, rozciąganie oraz działanie olejów i środków dezynfekujących.
- Uchwyty transportowe:
 - Wyposażone w minimum 10 wzmocnionych, ergonomicznych uchwytów (rączek) do przenoszenia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie płachty (po 4 na bokach oraz po 1 w wezgielciu i w nogach), umożliwiającym jednoczesną pracę wielu ratowników.
 - Uchwyty pokryte antypoślizgowym tworzywem lub gumą zapobiegającą wpijaniu się pasów w dłonie podczas podnoszenia ciężkiego pacjenta.
- Parametry techniczne:
 - Nośność / maksymalne obciążenie robocze: minimum 150 kg.
 - Wymiary całkowite płachty: minimum 200 cm x 70 cm.
- Akcesoria: Każda sztuka dostarczana w dedykowanym pokrowcu transportowym chroniącym nosze przed zabrudzeniem podczas przechowywania w skrytce wozu bojowego.

Logistyka i dostawa:

1. Dostarczony sprzęt powinien być:

- tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu lub pogorszeniu podczas transportu,
- nowy, nieużywany i żaden element sprzętu, ani żadna ich część składowa nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot,
- wolny od wad fizycznych i prawnych.



II. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

1) wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia



Ochrona ludności i obrona cywilna

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

III. Informacje podstawowe

1. **Zamawiający:** Gmina Ryki z siedzibą Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, www.ryki.pl, e-mail: ryki@ryki.pl,
2. Termin realizacji zamówienia: **30.10.2026 r.**
3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach do dnia **17.07.2026 r. do godz. 11:00**
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach, pokój nr 221 w dniu **17.07.2026 r. o godz. 12:00**
6. Do oferty należy załączyć uwierzytelnioną kopię:
Kartę katalogową oraz specyfikację techniczną oferowanego urządzenia.
7. Informację cenową należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza, który stanowi **załącznik nr 1 do zapytania**. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące **załącznik nr 3**.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr **OR.5555.5.2026** na zadanie „**Zakup i dostawa sprzętu ochrony ratowniczej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026**”

Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres ryki@ryki.pl

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w godz.: 7:30-15:00 jest Jakub Zaręba tel. 81 865 122, Ewa Szczepaniak 81 865 120
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,



Ochrona ludności i obrona cywilna

- 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
11. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
12. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

Ryki, dnia 10.07.2026 r.

z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Wasilewski.....
Zastępca Burmistrza
Pieczęć i podpis zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.