



Ryki, dnia 05.08.2026 r.

Znak sprawy: **Zapytanie ofertowe nr OR.5555.17.2026**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: **zapytanie ofertowe pn.: Zakup i dostawa noszy płachtowych i podbierakowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.**

A. Zamawiający – Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. Lubelskie przekazuje poniżej treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Czy zamawiający dopuści nosze podbierakowe wysokiej wytrzymałości, wykonane z tworzywa sztucznego, pozwalające na wykonanie pełnego badania RTG. Teleskopowa regulacja długości noszy umożliwia dopasowanie ich do wymiarów pacjenta w zakresie od 164 do 234cm. Powierzchnia i materiał wykonania noszy umożliwia łatwą dezynfekcję i utrzymanie czystości. Nosze posiadają 12 ergonomicznych uchwytów do przenoszenia pacjenta o masie do 159 kg, a konstrukcja zamków wyklucza ich całkowite przypadkowe rozpięcie. Dodatkowym atutem dla bezpieczeństwa pacjenta są 3 pasy w zestawie, zapewniające jego stabilizację. Masa własna noszy to niecałe 8,5kg z pasami. Wymiary po złożeniu 1200 x 445 x 70 mm. Wymiary po rozłożeniu do 1620 x 445 x 70mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie noszy podbierakowych o parametrach opisanych w pytaniu Wykonawcy i podtrzymuje wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający wskazuje, że opisane w Zapytaniu wymagania zostały określone z uwzględnieniem potrzeb użytkownika oraz specyfiki pracy zespołów ratownictwa medycznego. W szczególności Zamawiający wymaga dostarczenia noszy wykonanych z lekkiego, profilowanego aluminium o wysokiej wytrzymałości lub kompozytu, wyposażonych w system centralnych, wzdłużnych zamków sprzęgających umożliwiających szybkie i płynne rozpięcie noszy na dwie połowy, teleskopową regulację długości, konstrukcję o profilu wklęsłym stabilizującą ciało pacjenta oraz wyposażenie spełniające wszystkie pozostałe parametry techniczne i funkcjonalne określone w OPZ.

2. Czy Zamawiający dopuści nosze płachtowe o wymiarze 200x120cm i nośności do 250kg, wykonane z wytrzymałego poliestru z obustronną powłoką PVC. Nosze posiadają 14 wzmocnionych uchwytów na obwodzie (po 5 na bokach oraz po 2 w nogach i głowie, co znacząco ułatwia transport pacjenta w ciasnych przestrzeniach. W zestawie znajduje się torba transportowa.



Ochrona ludności i obrona cywilna

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie noszy płachtowych o parametrach opisanych w pytaniu Wykonawcy i podtrzymuje wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający wymaga dostarczenia noszy płachtowych zgodnych z wymaganiami określonymi w Zapytaniu, tj. przeznaczonych do przenoszenia poszkodowanych w ciasnych przestrzeniach, trudnym terenie oraz na klatkach schodowych, wykonanych z dwuwarstwowego, trwałego tworzywa syntetycznego (poliester powlekany PVC lub brezent techniczny) o właściwościach trudnopalnych i całkowitej wodoodporności, odpornego na rozdarcia, rozciąganie oraz działanie olejów i środków dezynfekujących.

3. Czy dopuszczą Państwo nosze podbierkowe z regulacją 3 stopniową ?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie noszy podbierakowych z 3-stopniową regulacją długości, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności dotyczących przeznaczenia, konstrukcji, parametrów technicznych, nośności, radiotransparentności oraz wyposażenia.

- B.** Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zapytania ofertowego.

B U R M I S T R Z

/-/

inż. Jarosław Żaczek

*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*